

07.11.2021

מכרז פומבי מס' מ/14/21 לרכישת תא לבדיקת טמפרטורה ולחות עבור מכון התקנים הישראלי - מסמך הבהרות מס' 2

1. מכון התקנים הישראלי (להלן: "המכון") מודיע בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, זאת עד לא יאוחר מיום א' **14.11.2021 בשעה 12:00**.
2. להלן התשובות לשאלות ההבהרה שהתקבלו למכרז:

מס'	מס' עמוד	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובה
1	כללי	כללי	האם אחריות שמתחילה מרגע אספקה והתקנת המכשיר על ידי הספק עונה לדרישות?	אחריות יצרן או אחריות מטעם הספק לשנתיים, לפחות, לפי תנאי המכרז. האחריות תחל ממועד התקנת המכשיר במכון ואילך.
2	5	4.5	אם רוצים תעודת כיוול על ידי גורם מוסמך נא לציין מספר הנקות טמפרטורה ולחות, מקומות בתא ומשך הבדיקה.	ראה סעיף 7 להלן.
3	36	מפרט טכני	מידות התא: האם מכשיר במידות הבאות מתאים? 1. מידות חוץ: 1715x1115x925 מ"מ (ר'אג'אעי) 2. מידות פנים: 700x735x443 מ"מ (ר'אג'אעי)	1. מידת הגובה 1,115 מ"מ מקובלת ובלבד שהמציע יכול בהצעתו גם שולחן הגבה (כלול במחיר ההצעה) כך שמידות התא יתאימו לדרישות המפרט המקוריות.

יתר המידות מקובלות. 2. מקובל.				
מקובל.	נפח התא : 1. האם ניתן להציע מכשיר במפח 240 ליטר?	מפרט טכני	36	4
1. נקודת טל – יכולת ליצור שילוב טמפ' + לחות יחסית המתאים לנקודת טל של בערך מינוס 20 מעלות, למשל טמפ' 10 מעלות ולחות יחסית 10% 2. צריך לעמוד בתנאי המכרז 3. 125 מ"מ או 5 אינטש 4. עמיד בטמפ' פלוס 80 מעלות עד מינוס 30 מעלות	מדידות : 1. נקודת טל- האם ניתן לפרט? 2. האם קצב שינוי הטמפרטורה בחימום ובקירור צריך לעמוד לפי תקן IEC 60068-3-5? 3. מה קוטר הפתח הדרוש לכפפות? 4. מאיזה חומר אמור להיות הכפפות?	מפרט טכני	36	5
מינימום רישום נתונים, ניטור תהליכים, גרף בזמן אמת ואחורה מתחילת התהליך, תכנון תהליך כיוול.	תוכנה : 1. מה רוצים לעשות בעזרת התוכנה? רישום נתונים או תוכניות או שניהם? אם תוכנית נא לפרט תוכנית לדוגמא.	מפרט טכני	36	6
נקודות כיוול יציבות ואחידות : טמפ' פלוס 10 מעלות / לחות יחסית 10% טמפ' פלוס 23 מעלות / לחות יחסית 50% טמפ' פלוס 90 מעלות / לחות יחסית 90% מיקום הרגשים :	כיוול התקנה שירות ואחריות : כיוול: אם רוצים תעודת כיוול על ידי גורם מוסמך נא לציין: - את מספר הטמפרטורות ואת נקודות הלחות הרצויות, - מקומות הבדיקה בתא (מכרז / 3 מקומות / 9 מקומות / 27 מקומות	מפרט טכני	36	7

אחד במרכז פנים התא , פלוס 8 בפינות 10 ס"מ מהקירות. במשך 20 דקות אחרי התייצבות.	- וגם לכמה זמן שעה / שעותיים / 24 שעות / 48 שעות.			
לא מקובל, יש לעמוד בתנאי המכרז	תוכנה : ניתן לקבל את תמיכה בתוכנה ושדרוג התוכנה למשך שנה ללא חיוב. בהמשך תמיכה ושדרוג בחייב ובהתאם למדיניות היצרן בחו"ל. האם מקובל?	סעיף 10.6.1	9	8
הדרישות להדרכה בגינה יינתן ניקוד בהתאם להוראות המכרז הינה כדלקמן : ההדרכה תועבר אחרי התקנת המכשיר והפעלתו. ההדרכה תתבצע לשלושה טכנאים לפחות בהיקף של כ- 25 ש"ע (3 ימי עבודה) ההדרכה תכלול את התכנים הבאים : - הפעלה ו SET UP - בקרה ותצוגה - טיפול תקופתי, - תכנה וינטרפייס במחשב - תקלות ומשמעותן - ביצוע כיוול לרגש מדויק בליווי המדריך (הסתכלות בגרף, הגדרות תכנה, תכנון תהליך ובקרה). - שמירת קבצי נתונים גולמיים.	הדרכה : התקנה והדרכה על ידי טכנאי לבוטל בעת ההתקנה באתר הלקוח . האם עונה לדרישות?	סעיף 10.6.1	9	9
הבקשה מתקבלת.	אנו מבקשים לאשר אספקה תוך 150 יום ולא 90 יום. במצב הנוכחי של הקורונה, זמני הייצור התארכו וגם משך ההובלה	סעיף 1.5	3	10

11	10	סעיף 12.2	את הערבות בסך 12,000 שח האם צריך להנפיק עם הגשת מסמכי המכרז או רק לאחר זכיה	ערבות הביצוע תוגש על ידי הזוכה בלבד לאחר קבלת הודעת זכייה ובהתאם להוראות המכרז בעניין זה.
12	כללי	כללי	לא ניתן לתת עדכונים לתוכנה במשך 20 שנה. ניתן לקבל תמיכה בעבור סכום שנתי. אנא אשרו.	לא מקובל, יש לעמוד בתנאי המכרז.

3. מסמך זה יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וייחשב כחלק מתנאיו.
4. על המציעים לחתום בשולי מסמך הבהרות זה ולצרפו להצעתם, במסגרת כל מסמכי ההצעה.
5. אין באי התייחסות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי להוות פרשנות או לשנות בדרך כלשהי את תנאי המכרז.
6. הוראות מסמך זה גוברות על כל מענה קודם שניתן למשתתפים בכתב או בעל פה.