

בדיקות בידוד תרמי של חומרי בידוד

כללי:

בדיקות למוליכות חום מתבצעות בהתאם לדרישות המפורטות בת"י 5450 אימוץ של ISO8302 מתאריך 08-1991.

התקן מפרט את השיטה לבדיקת מוליכות תרמית של חומרים.

נתונים טכניים:

המתקן מאפשר בדיקה של דוגמאות במידות של 30 ס"מ * 30 ס"מ בעובי של 15 מ"מ עד 50 מ"מ.

הדוגמאות צריכות להיות עם משטחים חלקים מקבילים ויבשים, במידה והדוגמאות גמישות נא עדכנו למפרע.

• תחום הטמפ : תחום טמפ' עבודה $[C^0]$: 50 - 0

• תחום מדידה (W/m^*K) : 1.5 - 0.015

מכובדי

במטרה לזרז תהליכים ולהימנע מאי הבנות, נודה אם תוודא/י :

1. שהינך לקוח רשום במערכת המחשוב של המכון .
2. שקבלת הצעת מחיר לביצוע הבדיקה.
3. שסגרת את הנושא הכספי מול מזכירת הענף אלכס פירסוב טל 036465332 .
4. שחתמת על טופס ייפוי כח של אנשי הקשר מולנו.
5. שתאמת את ביצוע הבדיקה מול המדור.
6. הצהרה על המשקל הסגולי וטמפרטורת המדידה המתבקשת.
7. שימו לב כי החומר הנמסר לבדיקה חייב להיות יבש.

כל הפעילות שלעייל תבוצע במקביל מול מזכירות המדור בטלפון 036465044 או במייל nurit_sarbagila@sii.org.i.

