

הנדון: מכרז פומבי מס' מ/22/15 לתכנון, ייצור, אספקה והרכבה של מערכת אקלום לדלתות
עבור מכון התקנים הישראלי

פרוטוקול סיור מציעים

ביום ד' 03.01.2024 בשעה 10:00 התקיים סיור מציעים במכון התקנים הישראלי, ברח' חיים לבנון 42, תל-אביב.

משתתפים מטעם המכון:

- דודו וארום - ראש ענף חלונות מערכות מיגון ובטיחות אש;
- אבי ממך – ראש מדור חלונות ומערכות מיגון;
- יניב אדוריאן - מהנדס בודק (ומתכנן מתקן בדיקת הדלתות);
- דני איציק - מהנדס בודק (בודק בפועל את הבדיקות);

משתתפים מטעם המציעים: כמפורט ברשימה שבמכון.

סוגיות עיקריות ודגשים שהועלו ע"י נציגי המציעים:

#	נושא	פירוט	הערות מטעם המכון
1	יח' עיבוי חיצונית	האם ניתן להוציא צנרת מהחדר החוצה? במידה וכן - האם אפשרי להתקין על הגג? (נוח יותר להתקנה ושירות) במידה ולא - האם ניתן להתקין על הקיר החיצוני?	הבהרה: ניתן להוציא צנרת מהחדר החוצה, על הגג בלבד.
		האם ניתן להתקין את היחידה על הגג? (שטח משוער מקסימלי נדרש: 2*1 מטר בגובה של כ 0.5 מטר)	הבהרה: ניתן להתקין את היחידה על הגג.
3	קירות ותקרה	המציעים יתנו המלצה לגבי חיפוי הקירות \ תקרה, כגון חיפוי בצבע, חיפוי בלוחות נירוסטה וכד'	יובהר, כי במידה ויהיו מספר רעיונות של הספק הזוכה לעניין חיפוי קירות/ תקרה, הם ישקלו על ידי המכון, אולם, ההחלטה בדבר ביצוע החיפוי כאמור תהיה של המכון בלבד. בכל מקרה, אין באמור בכדי להשפיע על הצעת המציעים למכרז זה.
4	דלת כניסה	חשיבה מצד המציעים איזו דלת נדרשת להתקנה במקום הדלת הקיימת.	יובהר, כי ההחלטה בנושא הדלת הינה של המכון בלבד. אין באמור בכדי להשפיע על הצעת המציעים למכרז זה.
5	מיקום הרגשים בתא הבדיקות	למיקום וכמות הרגשים חשיבות בנוגע לדיוק המערכת.	הוחלט על המיקומים הבאים בתוך תא הבדיקות: 10 ס"מ מהרצפה, 20 ס"מ מתקרת המתקן ובאמצע הדלת. יש לאפשר כיוונון הרגשים בהתאם לצורך וגובה הדלתות הנבדקות.

6	תשתיות	יובהר, כי במסגרת התכנון הראשוני, ממליץ המכון כי הספק הזוכה יעביר גם דרישות מדויקות של התשתיות (חשמל, הספקי מערכת, מיקומי שקעים, הספק זרימת מים למערכת, מיקום ביוב ודרישות נוספות במידה ויידרשו כאלה.
7	מים מרוככים	ישנן מערכות שונות שיודעות לעבוד גם עם בלי מים מרוככים. הנושא דרוש בדיקה מצד מתכנני המערכת לקבלת פתרון מיטבי.
8	שליטה בתקשורת מערכת הבקרה והמחשוב	בחינת היכולת של החברה שבונה את המערכות להשתלט מרחוק על המערכות של המתקן. כך יוכלו לתת מענה מרחוק ולאבחן בעיות. הבהרה: במקרה ויידרש טיפול בתקלות ו/או תחזוקה יהיה ניתן להגדיר השתלטות מרחוק, זאת באישור ופיקוח המכון. בשלב זה, המציעים לא נדרשים לספק נתונים בהקשר זה.

כללי:

1. מודגש בזאת, כי המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו ביום א' 28.01.2024 עד לא יאוחר מהשעה 12:00.
2. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה גובר על האמור בחוברת המכרז.
4. על המציעים לצרף פרוטוקול זה להצעתם כשהוא חתום כדין על-ידי מורשה החתימה מטעמם.
5. למען הסר ספק רק שינויים בכתב יחייבו את המכון, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) במהלך סיור/י המציעים אינם מחייבים את המכון.
6. המכון מאחל בהצלחה למשתתפי המכרז.